

CZYTNIK PŁYT FOSFOROWYCH

Nazwa urządzenia

Typ / Model

CR 25.0

Rok budowy

czerwiec 07

Numer fabr

1303

Rok zainstal

lipiec 07

Producent

AGFA

Lokalizacja

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Przyjęto założenie daty produkcji na połowę roku produkcji

Dane techniczne

Dane eksploatacyjne

1 Wiek urządzenia "T"

lat

9,1

2 Okres eksploatacji

lat

9,0

3 Właściciel

Szpital Rejonowy w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3

4 Użytkowanie

zgodne z przeznaczeniem

5 Obsługiwanie

obsługa kwalifikowana

6 Naprawy

aparat pod nadzorem serwisu

Opis stanu technicznego

1

Oględziny



2 Próba ruchowa

nie przeprowadzano - aparat technicznie niesprawny i niekompletny

3 Kompletność

niekompletny

4 Metoda oceny stanu techn

bezpośrednia - oględziny zewnętrzne

5 Ocena stanu technicznego

stan zły - aparat kwalifikuje się do kasacji

OKREŚLENIE WARTOŚCI

1 Wartość porówn wg metody cenowo-porównawczej

Źródła informacji cenowych

- Internet - 2007r - 7.400 USD x 3,9369 = 29.133,- zł
- Internet - 2006r - 6.000 USD x 3,9369 = 23.621,- zł.
- Internet - 2005r - 8.000 USD x 3,9369 = 31.495,- zł
- Internet - 2007r - 6.300 USD x 3,9369 = 24.602,- zł.

WARTOŚĆ PORÓWNAWCZA

$$W_p = W_b * V_w * V_s * V_t * V_x \pm W_n$$

Określenie wartości bazowej

1	29133	5	0
2	23621	6	0
3	31495	7	0
4	24602	8	0

Wartość bazowa Wb

27212,75

Wartości korekt

Vw-korekta dotycząca wyposażenia	1
Vs-korekta dotycząca stanu technicznego	0,15
Vt-korekta dotycząca daty produkcji (okresu eksploatacji)	1
Vx-korekta dotycząca różnych innych korekt	0,95
Wn-wartość koniecznego remontu	0

zakwalifikowano jako magazyn części zamienn.

wartości wywoławcze

Wp = 3877,8

Obliczeniowa wartość rynkowa

3 900,0

Słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100