



# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Racibórz, 29.03.2022r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY MEDYCZNEJ NDG/5/3/2022

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

### Pytanie 11:

Zamawiający w Pakiecie nr 2 wymaga, aby pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych zapewniało wysoki termofizjologiczny komfort użytkownika. Parametrem wskazującym na przewiewność a tym samym komfort tkaniny jest „przepuszczalność powietrza”. Im większy jest poziom przepuszczalności powietrza tkaniny, tym większy jest odczuwalny komfort jej użytkowania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych z Pakietu nr 2 posiadało przepuszczalność powietrza na poziomie co najmniej  $55 \text{ cm}^3/\text{cm}^2\cdot\text{s}$ , co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta załączonej do oferty lub na wezwanie Zamawiającego?

### Odpowiedź - poprawiona

Zamawiający wymaga aby pole niekrytyczne fartuchów operacyjnych z pakietu nr 2, posiadało przepuszczalność powietrza większą niż  $45 \text{ cm}^3/\text{cm}^2\cdot\text{s}$ , co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta załączonej do oferty lub na wezwanie Zamawiającego.

DYREKTOR

Ryszard Huzinik