



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy 32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział
Metodyczno-Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

**Dział Zamówień
Publicznych**
755-50-80
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 04.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 10**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

Znak sprawy: 6/2022 – DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Pytanie 1 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Pakiet nr 40, poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści filtry w opakowaniu a'500szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wykonawca zaoferuje 2 opakowania.

ODP: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 2 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Pakiet nr 40, poz. 1,3)

Czy dla potwierdzenia, że certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej został wystawiony dla opisanych testów Zamawiający wymaga by znajdował się na nim kod oraz nazwa produktu?

ODP: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 3 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Pakiet nr 40, poz. 10)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

ODP: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 4 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Pakiet nr 40, poz. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12)

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz taśmy do procesu sterylizacji były wyrobami medycznymi?

ODP: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 5 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Pakiet nr 43, poz. 3)

Prosimy o dopuszczenie materiału opakowaniowego w kolorze zielonym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODP: Tak, zamawiający dopuści.

Podisał:
Dyrektor
Ryszard Rudnik