



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy 32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział
Metodyczno-Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

**Dział Zamówień
Publicznych**
755-50-80
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 05.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 3**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

„Dotyczy: „Dostawa wyrobów medycznych”
Numer sprawy: 6/2022

Pakiet nr 20, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 60cm?

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe o anatomicznym kształcie; wygięta łukowato?

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2,0mm, 4,0mm oraz 4,7mm?

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 15Fr (5,0 mm)?

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści przedłużacz o długości 15cm?

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mlecznym łącznikiem, niesilikonowane, z znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści, rozmiar podany na tubusie w min. 2 miejscach?

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 34 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne zbrojone?

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 35 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV, przezroczyste?

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści system o długości 60cm?

ODP: Nie.

Pakiet nr 23, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści system z portem do poddawania leków (typ Luer)?

ODP: Nie.

Pakiet nr 34, pozycja nr 11, 12 – Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze beżowym?

ODP: Tak, jeżeli odpowiadają parametrom opaskom w kolorze niebieskim i białym.

Pakiet nr 34, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej składający się z :

- szczoteczki z możliwością odsysania wykonaną z dwóch części oddzielnie wykonanych podczas procesu wytwarzania, połączonych ze sobą w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie, wyposażoną w dwa otwory odsysające – od strony włosa oraz w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem
- płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny (10ml)
- aplikatora gąbkowego
- żelu nawilżającego (3ml)?

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Podisał:
Dyrektor
Ryszard Rudnik