



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy 32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział
Metodyczno-Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

**Dział Zamówień
Publicznych**
755-50-80
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 02.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 5**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 39, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw w rozmiarze 420mm x 90mm x 100 m ?

ODP: TAK.

Pakiet nr 39, poz. 16-21: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy 867, ponieważ wyżej wymieniona norma nie dotyczy bezpośrednio rękawów do sterylizacji plazmowej?

ODP: TAK.

Pakiet nr 44, poz. 9,10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę do sterylizacji niebieską ,o gramaturze nominalnej 60g/m², krepowana: wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na mokro **2,00 kN/m** oraz wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na mokro **0,80 kN/m**?

ODP: TAK.

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie godzin możliwej dostawy towaru na 7.00 – 14.00 ?

ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ODP: TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie w § 8 ust. 1 wzoru umowy.

3. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z 9 ust. 1 wzoru umowy zapis „przy czym kwota ta nie może być niższa niż 200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia” ? W przypadku niewielkich zamówień kara za zwłokę w dostawie będzie niewspółmierna do szkody poniesionej przez Zamawiającego.”

ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podisał:
Dyrektor
Ryszard Rudnik