



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy
32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział Metodyczno-
Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

Dział Zamówień
Publicznych
755-50-80
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 10.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 7**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść załączonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

Dotyczy: 6/2022

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie?

ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 25G/20mm i 27G/20mm?

ODP: Tak.

Pakiet nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,1 oraz 1,2?

ODP: Tak.

Pakiet nr 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści igły o innej nazwie niż podana w formularzu?

ODP: Tak.

Pakiet nr 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami kontrastującymi?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z dwoma paskami kontrastującymi?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.8 ,9

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.8,9

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o poniższych parametrach

Pomarańczowy	14 G	2,10 x 45	270
Szary	16 G	1,80 x 45	200
Zielony	18 G	1,30 x 45	85
Różowy	20 G	1,10 x 32 1,10 x 33	55
Niebieski	22 G	0,90 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	18

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami kontrastującymi?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści kaniulę tylko z korkiem barwionym kolorystycznie?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.14,19

Czy Zamawiający dopuści kranik wykonany z poliwęglanu?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.27

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ.

Pakiet nr 1 poz.28-32

Czy Zamawiający dopuści tłok wykonany z polietylenu?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.28-32

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wycenione za opakowanie?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.34

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o kompatybilności z wymienioną pompą?

ODP: Zamawiający dopuszcza tylko strzykawki wymienione w instrukcji obsługi pompy i spełniające pozostałe zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.34

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 100szt?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ.

Pakiet nr 1 poz.34

Czy Zamawiający dopuści samą nazwę producenta na korpusie?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.35

Czy Zamawiający dopuści końcówkę bez ścięcia pod kątem?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz.37

Czy Zamawiający dopuści podziałkę elementarna – 1 l.U. = 0.01 ml

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ.

Pakiet nr 1 poz.37

Czy Zamawiający dopuści samą końcówkę tłoka gumową?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ.

Pakiet nr 1 poz.9 i 10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę od różnych producentów?

ODP: Nie, zamawiający miał na myśli pozycje 8 i 9.

Pakiet nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez dodatkowego łącznika?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie?

ODP: Nie, zamawiający nie przewiduje wydzielania pozycji

Pakiet nr 5 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folię?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 5 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SSMMS?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 5 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o łącznej gramaturze 55g/m²?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 5 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony na całości?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany tylko na zewnątrz?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez troków w kartoniku?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.3,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez ręczniczków?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi gumkami?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.6

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m²?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.7

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 55g/m²?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.10

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMMS?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 5 poz.10

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 35g/m²?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5 poz.12

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z trzech warstw włókniny, każda po 25g/m²?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 5 poz.12

Czy Zamawiający dopuści maskę z filtracją 98%?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 5 poz.26

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy wg SWZ

Pakiet nr 36 poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłony na obuwiu pakowane osobno?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 36 poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłony wycenione w osobnej pozycji?

ODP: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podpisał:
Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Elżbieta Wielgos-Karpińska